

# SERVOX®


## Tracheo Nose P+ (Typ: BY-2)

Künstliche Nase mit O<sub>2</sub>-Anschluss  
*(Wärme- und Feuchtigkeitsaustauscher/ HME)*

Artificial nose with O<sub>2</sub>-Connector  
*(Heat and Moisture Exchanger/ HME)*

DE


EN



VE / PU	PZN	Bestell-Nr. / Order no.
30	17590046	41480

CE0197 MD

 **NINGBO BOYA MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD**  
No.102, Jingsan Road, 315400, Yaobei Industrial Part,  
YuYao City, Zhejiang Province, China

 **Caretechion GmbH**  
Niederrheinstr. 71, 40474 Duesseldorf  
Germany



**Orbisana Healthcare GmbH**  
Biberweg 24-26  
53842 Troisdorf | Germany  
Tel. +49 (0)2241 9322-0  
Fax +49 (0)2241 9322-277  
info@orbisana.de  
www.orbisana.de

# GEBRAUCHSANWEISUNG

## SERVOX® Tracheo Nose P+ (Typ: BY-2)

Künstliche Nase (Wärme-Feuchtigkeitsaustauscher/ HME)

### Symbolerklärung

8

## Vorwort

Diese Gebrauchsanweisung richtet sich an Patienten, Angehörige und medizinisches Fachpersonal. Die SERVOX® Tracheo Nose P+ (Typ: BY-2) kann im häuslichen und klinischen Bereich verwendet werden. Die Anwendung sollte nach den Beschreibungen dieser Gebrauchsanweisung und nach anerkannten Regeln der Medizin erfolgen.

### Hinweis

Lesen Sie die vorliegende Gebrauchsanweisung aufmerksam durch. Bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf.

Die SERVOX® Tracheo Nose P+ (Typ: BY-2) ist zur eindeutigen Rückverfolgbarkeit einer Chargennummer zugeordnet. Die Chargennummer ist auf der Verpackung hinter der Kennzeichnung „LOT“ angegeben. Bei Fragen oder Problemen mit der SERVOX® Tracheo Nose P+ (Typ: BY-2) wenden Sie sich unter Angabe der Chargennummer die Orbisana Healthcare GmbH.

### Zweckbestimmung

Die SERVOX® Tracheo Nose P+ (Typ: BY-2) erwärmt, befeuchtet und filtert die Einatemluft durch die Rückgewinnung von Feuchtigkeit und Wärme aus der Ausatemluft mittels eines Filters und vermindert so Reizungen und Erkrankungen der Atemwege. Sie ermöglicht eine zusätzliche O<sub>2</sub>-Gabe (Sauerstoffgabe).

### Hinweis

Die SERVOX® Tracheo Nose P+ (Typ: BY-2) ist ein Einmalprodukt und darf nicht wiederverwendet oder wiederaufbereitet werden, es besteht Infektionsgefahr.

### Indikation

Einsatz bei spontanatmenden intubierten oder tracheotomierten Patienten mit einem Atemzugvolumen von 250 – 1000 ml.

### Kontraindikationen

Starke Exsikkose (Austrocknung) mit übermäßiger Sekretion der Atemwege

## Sicherheitshinweise

Das Nichtbeachten dieser Sicherheitshinweise kann schwere gesundheitliche Auswirkungen bis hin zu lebensgefährlichen Situationen zur Folge haben.

### Warnung



**Infektionsgefahr:** Wenn Sie eine verschmutzte SERVOX® Tracheo Nose P+ (Typ: BY-2) einsetzen, können Sie eine Infektion bekommen.

- Bei starker Verschleimung bzw. Verschmutzung des Filtermediums sofort austauschen, spätestens jedoch nach 24 Stunden!
- Bei Beschädigung oder bei Beschädigung der Verpackung und nach Ablauf des Verfallsdatums nicht verwenden!
- Herunter gefallene HMEs nicht verwenden, sondern durch ein neues HME ersetzen!
- Nie versehentlich ausgeworfenen Filter (z.B. aufgrund von starkem Husten) zurück in das Gehäuse stecken, sondern ein neues HME verwenden!
- Das HME nicht mit Wasser ausspülen!
- Gebrauchte HMEs sofort nach Benutzung entsorgen!

**Erstickungsgefahr/Gefahr der Atemnot:** Wird Ihr Tracheostoma unbeabsichtigt oder dauerhaft blockiert, können Sie in Atemnot geraten oder ersticken.

- Das HME nie direkt in ein Tracheostoma einsetzen!
- Das HME nie verändern!
- Das HME nie mit Klebeband an eine Trachealkanüle kleben, da dies das Entfernen bei Atemnot oder Erstickungsgefahr erschwert.



- Das HME bei verstopftem Filter oder bei Erhöhung des Atemwegswiderstandes durch z. B. vermehrte Sekretansammlung sofort abnehmen!
- Die Filteröffnung des HME nie durch Kleidung o.ä. verdecken oder blockieren!
- Keine Vernebler oder Befeuchter nutzen oder das HME mit Wasser befeuchten, dadurch kann der Atemwiderstand ansteigen und die Atmung blockiert werden!
- Das HME nie im Wasser, unter der Dusche oder in der Badewanne tragen!
- Das HME bei der Benutzung in feuchter Umgebung, wie z.B. im Regen regelmäßig wechseln!

**Erhöhte CO<sub>2</sub> Konzentration in der Atemluft:** Ein Atemzugvolumenbereich über oder unter 250 – 1000 ml kann zu einer Erhöhung der CO<sub>2</sub>-Konzentration oder einer unzureichenden Befeuchtung führen.

- Immer das vorgegebene Atemzugvolumen beachten!

**Entzündungsgefahr/ Brand- und Explosionsgefahr bei Gabe von zusätzlichem O<sub>2</sub>:** O<sub>2</sub> erhöht die Brennbarkeit von Materialien und begünstigt die Entstehung und Ausbreitung eines Feuers.

- Beachten Sie unbedingt alle Sicherheitshinweise im Zusammenhang den von Ihnen verwendeten Geräten zur zusätzlichen O<sub>2</sub> Gabe!
- Achten Sie darauf, dass sich Sauerstoff nicht unter Kleidung oder Betttextilien anreichern kann!

### Hinweis

Bitte informieren Sie uns und ggf. die zuständige Behörde, sollten im Zusammenhang mit diesem Produkt lebensbedrohliche Erkrankung oder Verletzungen auftreten oder aus dessen Verwendung stationäre Behandlungen resultieren.

## Beschreibung

Die SERVOX® Tracheo P+ (Typ: BY-2) ist ein Wärme- und Feuchtigkeitsaustauscher (**HME**, Engl. **H**eat and **M**oisture **E**xchanger), der auf einen 15 mm-Normkonnector einer Trachealkanüle oder eines Endotrachealtubus aufgesteckt werden kann. Beim Ausatmen werden Feuchtigkeit und Wärme der Atemluft im Filtermedium zurückgehalten und beim nächsten Einatmen wieder zurück an die Atemluft abgegeben. Nach wenigen Atemzügen setzt der Befeuchtungseffekt ein. Der Filter schützt zusätzlich vor dem Eindringen von Staub, Schmutz, Insekten und anderen Fremdkörpern mit der Atemluft. Bei Gebrauch erhöht sich der Atemwegswiderstand, ähnlich dem des physiologischen Widerstands der oberen Atemwege, dadurch wird die natürliche Lungenfunktion unterstützt.

Über den seitlich vorne, vor einem der beiden Filter integrierten 5,5 mm-Sauerstoffanschluss kann bei Bedarf ein O<sub>2</sub> Sicherheitsschlauch für die zusätzliche Gabe von O<sub>2</sub> angeschlossen werden.

### Hinweis

Die zusätzliche O<sub>2</sub>-Gabe muss vom behandelnden Arzt verordnet werden.

Das Gehäuse besteht aus Latex- und DEHP-freien Polypropylen (PP) ohne metallische oder elektrisch leitende Werkstoffe, es gibt keine Einschränkung beim Gebrauch während einer Magnetresonanztomographie (MRT). Der beiden seitlich vorne im Gehäuse enthaltenen Filterkerne bestehen aus Wellpapier. Bei plötzlichem Druckanstieg durch z. B. Husten, werden die Filter zum Schutz vor Überdruck in den Atemwegen ausgeblasen.

## Anwendung

- Hände gründlich waschen.
- Überprüfen, ob Verpackung und HME unbeschädigt sind.
- **Aufsetzen:** Den 15 mm-Anschluss mit leichtem Druck auf den 15 mm- Normkonnector der Trachealkanüle oder des Endotrachealtubus fest genug aufstecken.
- **Abnehmen:** Den 15 mm-Normkonnector der Trachealkanüle oder des Endotrachealtubus festhalten und das HME durch leichten Zug vorsichtig vom 15 mm-Normkonnector abziehen und sofort über den Restmüll entsorgen.
- **O<sub>2</sub>-Anschluss:** Einen 5,5 mm O<sub>2</sub>-Sicherheitsschlauch mit einer leichten Drehbewegung fest auf den 5,5 mm-Sauerstoffanschluss aufstecken, damit er sich nicht unabsichtlich lösen kann. Anschließend das andere Schlauchende mit der Sauerstoffquelle (O<sub>2</sub>-Konzentrator, O<sub>2</sub>-Flasche, etc.) verbinden.
- Der Schlauch sollte lang genug sein, um keinen Zug auf die SERVOX® Tracheo Nose P+ (Typ: BY-2) auszuüben. Die Filteröffnungen und das Überdruckventil dürfen nie von Kleidung oder anderen Textilien bedeckt sein. Der O<sub>2</sub>-Sicherheitsschlauch kann mit einer leichten Drehbewegung wieder vom 5,5 mm-Sauerstoffanschluss abgezogen werden.
- **Anwendungsdauer:** Austausch nach spätestens 24 Stunden, bei stärkerer Verschleimung oder Verschmutzung oder bei Erhöhung des Atemwiderstands sofort ersetzen.

### Hinweis

Wenden Sie sich bei Fragen oder Komplikationen an Ihren behandelnden Arzt.

# Technische Daten

Die SERVOX® Tracheo Nose P+ (Typ: BY-2) ist ein medizinisches Einmalprodukt.

Internes Volumen im HME	13 ml	Empfohlenes Atemzugvolumen	250-1000 ml
Feuchtigkeitsverlust (nach 1 Stunde)	17.6 mg/L (VT 250 mL)	Feuchtigkeitsverlust (nach 24 Stunden)	17.0 mg/L (VT 250 mL)
	19.1 mg/L (VT 500 mL)		17.1 mg/L (VT 500 mL)
	22.2 mg/L (VT 750 mL)		22.2 mg/L (VT 750 mL)
	29.1 mg/L (VT 1000 mL)		24.2 mg/L (VT 1000 mL)
Druckabfall (vor Anwendung)	0.2 hPa (at 30L/min)	Druckabfall (nach 24 Stunden)	0.2 hPa (at 30L/min)
	0.3 hPa (at 60 L/min)		0.3 hPa (at 60 L/min)
	0.5 hPa (at 90L/min)		0.5 hPa (at 90L/min)
Anschlüsse	15 mm-Normkonnektor 5,5 mm-Sauerstoffanschluss	Kondensationsoberfläche	78 cm <sup>2</sup> (+/-8 cm <sup>2</sup> )

## 6 Lager- und Transportbedingungen

In einer sauberen, trockenen Umgebung mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von weniger als 80% lagern oder transportieren.

Vor Feuchtigkeit, korrosiven Gasen und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Ab Herstellungsdatum ungeöffnet für 3 Jahre verwendbar.

# INSTRUCTIONS FOR USE

## SERVOX® Tracheo Nose P+ (Typ: BY-2)

Artificial Nose (*Heat and Moisture Exchanger/ HME*)

Symbol explanation \_\_\_\_\_

8

## Foreword

These instructions for use are intended for patients, relatives and healthcare professionals. The SERVOX® Tracheo Nose P+ (Typ: BY-2) can be used in domestic and clinical settings. It should be used as described in these instructions for use and in accordance with recognised rules of medicine.

### Note

Read these instructions for use carefully. Keep it in a safe place for future reference.

The SERVOX® Tracheo Nose P+ (Typ: BY-2) is assigned a batch code for unambiguous traceability. The batch code is indicated on the packaging behind the marking "LOT". If you have any questions or problems with the SERVOX® Tracheo Nose P+ (type: BY-2), please contact Orbisana Healthcare GmbH, stating the batch number.

### Intended use

The SERVOX® Tracheo Nose P+ (Typ: BY-2) warms, humidifies and filters the inhaled air by recovering moisture and heat from the exhaled air by means of a filter, thus reducing irritation and illnesses of the respiratory tract. It enables additional O<sub>2</sub> administration (oxygen administration).

### Note

The SERVOX® Tracheo Nose P+ (Typ: BY-2) is a single use device and must not be reused or reprocessed, there is a risk of infection.

### Indication

Use in spontaneously breathing intubated or tracheotomised patients with a respiratory volume of 250 - 1000 ml.

### Contraindications

Severe exsiccosis (dehydration) with excessive secretion of the respiratory tract

## Safety instructions

Non-observance of these safety instructions can result in serious health effects or even life-threatening situations.

### Warning



**Risk of infection:** If you use a dirty SERVOX® Tracheo Nose P+ (Typ: BY-2), you can get an infection.

- If the filter medium becomes heavily clogged or soiled, replace it immediately or after 24 hours at the latest!
- Do not use if damaged or if the packaging is damaged and after the expiry date!
- Do not use a HME that have fallen down, but replace them with a new HME!
- Never put accidentally ejected filters (e.g. due to heavy coughing) back into the housing, but use a new HME!
- Do not rinse the HME with water!
- Dispose of used HME immediately after use!

**Risk of suffocation/danger of respiratory distress:** If your tracheostoma is blocked unintentionally or permanently, you may experience respiratory distress or suffocate.

- Never insert the HME directly into a tracheostoma!
- Never modify the HME!
- Never stick the HME to a tracheostomy tube with adhesive tape, as this makes removal more difficult in case of respiratory distress or danger of suffocation.

EN

41485/Version 2023-12-13

## Warning



- Remove the HME immediately if the filter is clogged or if airway resistance increases, e.g. due to increased secretion accumulation!
- Never cover or block the filter opening of the HME with clothing or the like!
- Do not use nebulisers or humidifiers or moisten the HME with water, as this may increase the airway resistance and block breathing!
- Never wear the HME in water, under the shower or in the bathtub!
- Change the HME regularly when using it in humid environments, e.g. in the rain!

**Increased CO<sub>2</sub> concentration in the breathing air:** A tidal volume range above or below 250 - 1000 ml can lead to an increase in CO<sub>2</sub> concentration or insufficient humidification

- Always observe the prescribed breathing volume!

**Risk of ignition/ fire and explosion when additional O<sub>2</sub> is added:** O<sub>2</sub> increases the flammability of materials and promotes the development and spread of a fire.

- Be sure to observe all safety instructions in connection with the devices you use for supplementary O<sub>2</sub> administration!
- Make sure that oxygen cannot accumulate under clothing or bedding!

## Note

Please inform us and, if necessary, the competent authority if life-threatening illness or injury occurs in connection with this product or if in-patient treatment results from its use.

## Description

The SERVVOX® Tracheo Nose P+ (type: BY-2) is a heat and moisture exchanger (HME) that can be attached to a 15 mm standard connector of a tracheal cannula or endotracheal tube. When the patient exhales, moisture and heat from the breathing air are retained in the filter medium and released back into the breathing air the next time the patient inhales. After a few breaths, the humidification effect sets in. The filter also protects against the penetration of dust, dirt, insects and other foreign bodies with the breathable air. During use, the airway resistance increases, similar to the physiological resistance of the upper airways, thus supporting the natural lung function.

If required, an O<sub>2</sub> safety hose can be connected for the additional administration of O<sub>2</sub> via the 5.5 mm oxygen connection integrated on the side at the front, in front of one of the two filters.

## Note

The additional O<sub>2</sub> administration must be prescribed by the attending physician.

The housing is made of latex and DEHP-free polypropylene (PP) with no metallic or electrically conductive materials, there is no restriction on use during magnetic resonance imaging (MRI). The two filter cores contained in the front of the housing are made of corrugated paper. In the event of a sudden increase in pressure, e.g. due to coughing, the filters are blown out to protect against overpressure in the airways.

## Use

- Wash hands thoroughly.
- Check that the packaging and HME are undamaged.
- **Attach:** Attach the 15 mm connector to the 15 mm standard connector of the tracheal cannula or endotracheal tube firmly enough with light pressure.
- **Remove:** Hold the 15 mm standard connector of the tracheal cannula or endotracheal tube and carefully pull the HME off the 15 mm standard connector and dispose of it immediately in the residual waste.
- **O<sub>2</sub> connection:** Attach a 5.5 mm O<sub>2</sub> safety hose firmly to the 5.5 mm oxygen connection with a slight twisting motion so that it cannot come loose unintentionally. Then connect the other end of the hose to the oxygen source (O<sub>2</sub> concentrator, O<sub>2</sub> bottle, etc.).
- The hose should be long enough not to exert any pull on the SERVVOX® Tracheo Nose P+ (type: BY-2). The filter openings and the pressure relief valve must never be covered by clothing or other textiles. The O<sub>2</sub> safety hose can be removed from the 5.5 mm oxygen connector with a slight twisting motion.
- **Duration of use:** Replace after 24 hours at the latest; replace immediately in the event of increased mucus build-up or contamination or if breathing resistance increases

**Note**

Contact your attending physician if you have any questions or complications

## Technical data

Die SERVVOX® Tracheo Nose P+ (Typ: BY-2) ist ein steriles, medizinisches Einmalprodukt


Internal volume of the HME	13 ml	Recommended tidal volume	250-1000 ml
Moisture loss (1hour)	17.6 mg/L (VT 250 mL)	Moisture loss (24 hours)	17.0 mg/L (VT 250 mL)
	19.1 mg/L (VT 500 mL)		17.1 mg/L (VT 500 mL)
	22.2 mg/L (VT 750 mL)		22.2 mg/L (VT 750 mL)
	29.1 mg/L (VT 1000 mL)		24.2 mg/L (VT 1000 mL)
Pressure drop (Before use)	0.2 hPa (at 30 L/min)	Pressure drop (After 24 hours)	0.2 hPa (at 30 L/min)
	0.3 hPa (at 60 L/min)		0.3 hPa (at 60 L/min)
	0.5 hPa (at 90 L/min)		0.5 hPa (at 90 L/min)
Connections	15 mm standard connector 5.5 mm oxygen connector	Condensation surface 78 cm <sup>2</sup> (+/-8 cm <sup>2</sup> )	





## Storage and transport conditions and service life

Store or transport in a clean, dry environment at a relative humidity less than 80%. Protect from moisture, corrosive gases, and direct sunlight. Can be used unopened for 3 years from the date of manufacture.





EN





# Symbolerklärung | Symbol explanation






				
<b>DE</b>	CE-Kennzeichen	Artikelnummer	Medizinprodukt	Chargenbezeichnung
<b>EN</b>	CE marking	Catalogue number	Medical device	Batch code

				
<b>DE</b>	Achtung	Trocken aufbewahren	Gebrauchsanweisung beachten	Nicht wiederverwenden
<b>EN</b>	Caution	Keep dry	Consult instructions for use	Do not reuse

				<b>PZN</b>
<b>DE</b>	Vor Sonnenlicht schützen	Verwendbar bis	Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden	Pharmazentralnummer
<b>EN</b>	Keep away from sunlight	Use-by date	Do not use if the packaging is damaged	Central pharmaceutical number

				
<b>DE</b>	Latexfrei	Einfach-Sterilbarrieresystem	Luftfeuchte, Begrenzung	Sterilisiert mit Ethylenoxid
<b>EN</b>	Latex-free	Single sterile barrier system	Do not use if the packaging is damaged	Sterilized using ethylene oxide

				
<b>DE</b>	Hersteller	Herstellungsdatum	Eindeutiger Identifikator eines Medizinprodukts	Inhalt
<b>EN</b>	Manufacturer	Date of manufacture	Unique device identifier	Content

					
<b>DE</b>	Bevollmächtigter in der Europäischen Union	Internetseite mit Patienteninformationen	Importeur	Vertriebspartner	Übersetzung
<b>EN</b>	Authorized representative in the European Union	Patient Information Website	Importer	Distributor	Translation